



SC DOBSI MED SRL

Str. Turnului Nr. 12, Tel/Fax: 0269 846281

MR-IR-2ua

**INSTRUCTIUNI AUTORECOLTARE PENTRU DETERMINAREA CANTITATIVA  
AMILAZURIE, CREATININA URINARA**

- proba recomandată este urina de 2 ore!!!
- pacientul urinează la ora 8 și nu reține această urină; - apoi colectează într-un vas curat toate emisiunile de urină de până la ora 10, inclusiv emisiunea finală de la ora 10;
- vasul de recoltare se ține la 2-8°C până la momentul lucrului,
- **Va rugam sa ichideti etans capacul si transportati recipientul in conditii de siguranta prevenind contaminarea dumneavoastra si a celor din jur!**

***Vă mulțumim că ați apelat la serviciile noastre medicale!***